



薬生発 0109 第 2 号  
平成 30 年 1 月 9 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長  
( 公 印 省 略 )

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（告示）及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器（告示）の施行について」等の改正について

医療機器の高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の区分等については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器」（平成16年厚生労働省告示第298号。以下「クラス分類告示」という。）等において定められており、クラス分類告示における一般的名称の定義等については「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（告示）及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器（告示）の施行について」（平成16年7月20日付け薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「平成16年局長通知」という。）により示しているところです。

今般、平成30年1月9日付で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」（平成30年厚生労働省告示第3号）が適用されること等に伴い、平成16年局長通知及び「医療機器の修理区分の該当性について」（平成17年3月31日付け薬食発第0331008号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「平成17年局長通知」という。）の一部を下記のとおり改正するので、御了知の上、貴管下関係事業者、関

係団体等に対し周知徹底を図るようお願いいたします。

なお、本通知の写しを各地方厚生局長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、一般社団法人日本医療機器産業連合会会长、一般社団法人米国医療機器・IVD工業会会长、欧州ビジネス協会医療機器・IVD委員会委員長及び医薬品医療機器等法登録認証機関協議会代表幹事宛て送付することとしていることを申し添えます。

### 記

1. 平成16年局長通知の別添CD-ROMの記録内容の一部を別添1のように改正する。
2. 1の改正に伴い、平成17年局長通知の別表の一部を別添2のように改正する。

遺伝子解析装置の項の後に次のように加える。

1142			1216	245	器 17	血液検査用器具	その他 の医 用檢 體檢 查裝 置	71059003	体細胞遺伝子 変異解析システィム(抗悪性腫瘍 葉適応判定用)	生体由來の試料から得られた体細胞由來の遺伝子 変異情報を基に、抗悪性腫瘍葉の適応判定を行う ために使用される遺伝子変異解析システムをいう。 DNA シークエンサー、シークエンシングサンプル調整 試薬及び解析プログラムより構成され、テンプレート 調整試薬等を構成品として含む場合もある。	III	-	該當	該當		
------	--	--	------	-----	------	---------	----------------------------------	----------	--------------------------------------	---	-----	---	----	----	--	--

関節・脊椎マニピュレータの項の後に次のように加える。

直腸用チューブの項の次に次のように加える。

1981			器 51	医療用嘴管及び体液誘導管	チューブ及びカテーテル	46193002	直腸用プラグ	経肛門的に直腸へ挿入し、腸管内容物の体外への漏出を防止するものをいう。便失禁又はガス失禁のある患者に用いる。	II	5-②	-		
------	--	--	------	--------------	-------------	----------	--------	--	----	-----	---	--	--

歯科非鋳造用チタン合金の項の次に次のように加える。

ペースメーカー・除細動器リード抜去キットの項の後に次のように加える。

(参考)

クラス分類告示別表			特定保守告示別表	設置管理告示別表	類別コード	類別名称	中分類名	コード	一般的名称	一般的名称定義	クラス分類	GHTFルール	特定保守	設置管理	旧一般的名称コード	旧一般的名称	旧クラス分類	旧修理種別
1	2	3																

心臓内心電計ケーブル及びスイッチの定義を「中心静脈等に挿入されたガイドワイヤ及びカテーテル等に体外で接続され、患者の心臓内電気信号を外部モニタ(心電計等)に伝達するケーブルやスイッチをいう。主に検査のために、一時的な心臓への刺激電流を伝達するものもある。」に改める。

再使用可能な膣用アプリケータの定義を「薬物、製剤の適用による膣の治療に用いること又は他の医療用具を膣に貼付又は適用すること目的とした器具をいう。粉末薬を内部に吹き込むことができる手持型バルブ(手動ポンプ)等によって膣に薬剤を導入する。膣炎などの治療に用いる。本品は単回使用のものを含む。」に改める。

人工血管用サイザの定義を「人工血管移植術時又は神経再生誘導材設置時に、適切なサイズの人工血管等を選択するために患者の血管径等を測定する外科用器具をいう。」に改める。

別添2

遺伝子解析装置の項の後に次のように加える。

1142		71059003	体細胞遺伝子変異解析システム(抗悪性腫瘍葉適応判定用)	III	該当	該当	G8
------	--	----------	-----------------------------	-----	----	----	----

関節・脊椎マニピュレータの項の次に次のように加える。

	1980		62265003	頭蓋形状矯正ヘルメット	II	-		-
--	------	--	----------	-------------	----	---	--	---

直腸用チューブの項の後に次のように加える。

	1981		46193002	直腸用プラグ	II	-		-
--	------	--	----------	--------	----	---	--	---

歯科非鑄造用チタン合金の項の次に次のように加える。

	1982		71060002	齒科三次元積層造形用金属材料	II	-	-	-
--	------	--	----------	----------------	----	---	---	---

ペースメーカー・除細動器リード抜去キットの項の後に次のように加える。

		1198	71061001	体外式ペースメーカー用ケーブル及びアダプタ	I	-		-
--	--	------	----------	-----------------------	---	---	--	---

(参考)

クラス分類告示			コード	一般的名称	クラス 分類	特定 保守	設置 管理	修理 区分
別表	別表	別表						
第1	第2	第3						